



Katowice, dnia 28.05.2025r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA:
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA FARTUCHÓW, RĘKAWIC, MASEK, OCHRONIACZY”. ZNAK SPRAWY: ZP-25-050UN.

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju) Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całą długości) Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
2. Pakiet 1, poz. 1 Proszę o dopuszczenie koszul dla pacjenta wykonanych z włókniny SMMS.
Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ i je podtrzymuje.
3. Pakiet 1, poz. 1 Proszę o dopuszczenie koszul dla pacjenta zgodnych z rozmiarami: M (132 x 110 cm), M/L (140 x 110 cm), XL (135 x 112 cm), XL/2XL (160 x 125 cm), 2XL (137 x 112 cm)
Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ i je podtrzymuje.
4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z wewnętrzną warstwą chlorowaną, o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców. Grubość na dłoni min. 0,08mm, na mankiecie min. 0,06mm. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B (czas przebicia minimum 30 min dla min. 3 substancji chemicznych). Przebadane na przenikanie cytostatyków min. 10 dowolnych cytostatyków (brak przebicia do 240 min) i karmustyny (26,2 min) – potwierdzone wynikami z badań zgodnie z ASTM D6978. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu zgodnego z normą ASTM D 6978. Pozostałe wymagania - bez zmian.**
5. Pakiet 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości: palec: 0,15 +/- 0,03 mm, dłoń: 0,10 +/- 0,02 mm, mankiet: 0,08 +/- 0,01mm. Rozmiar XL pakowany po 90 szt. Pozostałe zgodnie z SWZ. **Odp. zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na dłoni 0,10+/-0,02 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.**
6. Pakiet 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby siła zrywania wynosiła min. 11N. Pozostałe zgodnie z SWZ. **Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ i je podtrzymuje.**
7. Pakiet 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic, których poziom protein alergennych jest poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Pozostałe zgodnie z SWZ. **Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ i je podtrzymuje.**
8. Pakiet 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przetestowanych do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978 dla min. 18 cytostatyków w tym dla: chlorowodorku doxorubicyny, etopozidu, cisplatyny, methotrexatu, fluorouracylu, winkrystyny i karmustyny. Pozostałe zgodnie z SWZ. **Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ i je podtrzymuje.**



9. Pakiet 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas nadoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978. Pozostałe zgodnie z SWZ. **Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ i je podtrzymuje.**
10. Pakiet 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Grubość na palcu 0,15 +/- 0,03 mm, na dłoni 0,10 +/- 0,02 mm, na mankiecie 0,08 +/- 0,01 mm. Siła zrywania przed/po starzeniu 11N. Pozostałe zgodnie z SWZ. **Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ i je podtrzymuje.**
11. Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości minimalnej 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). AQL 1,0, grubość na palcu 0,15 +/- 0,03 mm, na dłoni 0,10 +/- 0,02 mm, siła zrywania przed i po starzeniu 11N. Przebadane na przenikanie min. 15 cytostatyków. Odporne na przenikanie 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 w tym czas przenikania dla 70% etanolu min. 45 min. i 70 % Izopropanolu min. 67 min. **Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ i je podtrzymuje.**