



Katowice, dnia 29.05.2025r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wyroby medyczne do transfuzji i infuzji**”. ZNAK **SPRAWY: ZP-25-055UN**.

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pakiet 9, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządu do aspirowania płynów i leków bez zastawki. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**
2. Pakiet 3, poz. 1 Proszę o dopuszczenie koreczków kombi bez numeru katalogowego. Numer katalogowy jest tożsamy z nazwą handlową. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę i tak też będzie wpisane w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe wymagania są zgodne z SWZ. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisem SWZ „Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu medycznego) będzie skutkowało odrzuceniem oferty”.**
3. Czy Zamawiający zmienia zapisy w umowie: § 4 Kary umowne i odsetki
W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 10 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12,13 którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**
4. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści koreczki sterylne pakowane a 1 sztuka w opakowaniu zbiorczym a 100 sztuk? **Odp. Zamawiający nie określił ani nie narzucił po ile ma być pakowany produkt, określił jedynie ilość sztuk oraz dodał zapis, że oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**
5. Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie – przyrządu z membraną bezigłową spełniającą rolę – zastawki, spełniający pozostałe wymogi SWZ. Umożliwi to Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty z większej liczby oferentów bez ograniczania konkurencyjności. **Odp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (określenie:...przyrządu z membraną bezigłową spełniającą rolę - zastawki) jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowane rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych przez zamawiającego materiałów w dokumentacji postępowania. Zaproponowane rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania.**



6. **Pakiet 8** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie – na czym ma polegać: „sygnalizacja akustyczna przy połączeniu z drenem głównym”? **Odp. Sformułowanie „sygnalizacja akustyczna przy połączeniu z drenem głównym” - oznacza, że prawidłowe podłączenie do drenu głównego jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym.**
7. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie - czy oprócz zabezpieczenia filtrem, Zamawiający oczekuje zabezpieczenia w postaci zastawki antyzwrotnej na końcu drenu chroniącej przed cofaniem się płynu, spełniający pozostałe wymogi SWZ? **Odp. Zamawiający dopuszcza obecność w zaoferowanym asortymencie zabezpieczenia w postaci zastawki antyzwrotnej na końcu drenu chroniącej przed cofaniem się płynu, ale jej nie wymaga.**
8. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie – jaką minimalną długość drenu wymaga? **Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ – brak wymaganej minimalnej długości drenu.**
9. Czy zamawiający w **pakiecie 8** w trosce o bezpieczeństwo wymaga aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia? **Odp. Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SWZ.**
10. Pytanie dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Koreczków typu COMBI z końcówką męską i żeńską do wenflonów w kolorze czerwonym, sterylizacja tlenkiem etylenu, opakowanie 1 szt./blister, opakowanie zbiorcze 100 szt.? **Odp. Zamawiający w SWZ nie określił koloru, może być czerwony. Koreczki mają być jałowe, sposób sterylizacji nie został określony. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**
11. Pakiet 3 Czy zamawiający dopuszcza opakowanie indywidualne, każdy koreczek pakowany osobno – niezłączony z innymi – nawet w formie blistra, co zapewnia swobodne wyjęcie pojedynczej sztuki z kartonika zbiorczego oraz otwarcie bez dekontaminacji produktu? **Odp. Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).**
12. **Pakiet nr 2 poz. 1**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o poniższym opisie:
- rozmiar 20Gx45 mm (1,1x45mm), przepływ 50ml/min
 - służy jako inwazyjny środek do pomiaru ciśnienia krwi i średniego ciśnienia tętniczego dokładniej niż środki nieinwazyjne
 - cewnik wykonany z FEP
 - posiada zawór odcinający z możliwością obsługi jedną ręką
 - posiada filtr
 - niepirogenny, nietoksyczny
 - nie zawiera lateksu
 - nie zawiera ftalanów
 - sterylizowany tlenkiem etylenu
 - jednorazowego użytku?
- Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
13. **Pakiet nr 3 poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczków Combi pakowanych pojedynczo w sztywny blister i zbiorczo w kartonik a’100 szt.? **Odp. Zgodnie z odp. na pytanie nr 11.**
14. **Pakiet nr 3 poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’100 szt. z odpowiednik p przeliczeniem ilości? **Odp.: Zamawiający wskazał w formularzu wycenę za OPAKOWANIE. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**
15. **Pakiet nr 9, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek o parametrach:
- Dwuświatłowy



- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji
- Wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm
- Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi
- Specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiające całkowite opróżnienie butelki/fiolki
- Płaska powierzchnia membrany
- Dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem
- Bez lateksu, PCV oraz DEHP
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia ?



Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia umieszczonego w SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.