



znak: D25C/251/N/11-32rj/25

Wejherowo, dnia 21.05.2025 r.

D.25C/250/ 291 /2025

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, SOCZEWEK I LEKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DLA ODDZIAŁU OKULISTYKI DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/11-32rj/25, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w zadaniu 2 poz. 21 dopuści nóż do portów bocznych w zakresie cięcia 1,2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIA 2 - APARAT DO FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII TYLNEJ, załącznik nr 8 do SWZ do: Śródoperacyjnego OCT Leica EnFocus kompatybilnego z mikroskopem operacyjnym Proveo 8, będącym w posiadaniu Zamawiającego:

Czy Zamawiający wraz z użyczeniem śródoperacyjnego OCT wymaga od Wykonawcy dostarczenia zestawu BIOM kompatybilnego z opisanym śródoperacyjnym OCT, zapewniającym funkcjonalność tego OCT?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu BIOM kompatybilnego z opisanym śródoperacyjnym OCT, zapewniającym funkcjonalność tego OCT.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause