




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 12/25

Poznań, dnia 28.05.2025 r.

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę drobnego sprzętu medycznego (typu: maski anestetyczne, czujniki temperatury, rękawice lateksowe, itp.)-11 pakietów.

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania o wyjaśnienia treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie

Maski anestetyczne w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4, 5.

- przezroczyste ścianki
- identyfikacja poprzez kodowanie kolorem
- anatomicznie wyprofilowany mankiet pozwalający na szczelne przyleganie do twarzy bez konieczności dopompowywania
- pakowane pojedynczo (biologicznie czyste)
- adekwatne wielkości masek
- pierścień mocujący do uprząży do mocowania maski

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 7 poz.1

Prosimy o informację jaki wtyk mają posiadać wymagane przez Zamawiającego czujniki:

a)



b)



Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia ,że czujniki mają posiadać wtyk z podpunktu a)

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 7

Proszę o podanie numeru referencyjnego (indeksu producenta) obecnie stosowanych czujników zarówno dla sondy naskórnej jak i do pomiaru temperatury głębokiej..

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stosuje aktualnie numer referencyjny (indeksu producenta) dla :

- sondy naskórnej GE M1024222VY
- sondy do pomiaru temperatury głębokiej GE M1024229VY

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o nawinięciu na 80 m, z przeliczeniem ilości rolek z zachowaniem pozostałych parametrów? TJ. 4 375 rolek w rozmiarze 50cm x 80 m

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 4 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie prześcieradła na kozetkę w rolce o gramaturze minimum 32g/m², pozostałe zgodne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 4

Czy zamawiający dopuści prześcieradła na kozetkę w rolce – jednorazowe, celulozowe, dwuwarstwowe, z perforacją, klejone na całej długości, białosc minimum 70 %, gramatura minimum 36g/m² (dwie warstwy), niejałowe. Wymiary: szerokość 50cm, długość 50m.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 4

Czy zamawiający dopuści wymiary: szerokość 50cm, długość 80m.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga czujników zwalidowanych i dopuszczonych przez producenta urządzeń, do których jest wymagany?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne niesterylne z monitorowanym poziomem czystości biologicznej, pakowane pojedynczo hermetycznie w folię medyczną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na kozetkę, celulozowe, dwuwarstwowe o gramaturze 34g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski mają być bezpieczne do stosowania w środowisku MRI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski mają posiadać zawór do regulacji wypełnienia mankietu maski w części nosowej pionowo do góry co ułatwia dostęp do portu i łatwe napełnienie mankietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu.

.....
W imieniu Komisji Przetargowej
Sekretarz Komisji Przetargowej

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem