

Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck,
Longford,
Co. Longford, Ireland

Nazwa produktu: Microalbumin Kalibrator
Numer katalogowy: 08P0404
Numer partii: 74174UD00
SCP / rewizja 8P040004/005
Data produkcji: 2026-12-03

Nazwa komponentu	Numer listy	Numer partii	Data produkcji	Data ważności
Mikroalbumina Cal I	08P048	74169UD00	2024-12-03	2026-12-03
Mikroalbumina Cal 2	08P04C	74170UD00	2024-12-03	2026-12-03
Mikroalbumina Cal 3	08P04D	74171UD00	2024-12-03	2026-12-03
Mikroalbumina Cal 4	08P04E	74172UD00	2024-12-03	2026-12-03
Mikroalbumina Cal 5	08P04F	74173UD00	2024-12-03	2026-12-03

Tabela akceptacji: Stężenie średnie ogólne (ug/ml)

Opis	Dolna granica	Górna granica	Wartość	Wynik
REF Kontrola L 1	27.00	33.00	29.35	Do przyjęcia
REF Kontrola N 2	81.90	98.10	89.93	Do przyjęcia
REF Kontrola 3	13.4	17.4	14.6	Do przyjęcia
REF Kontrola 4	143.7	177.3	156.7	Do przyjęcia

Produkt ten został wyprodukowany, łącznie z opakowaniem i kontrolą jakości, w pełnej zgodności z normą ISO 13485, dyrektywą VD 98/79/WE oraz wytycznymi GMP, w stosownych przypadkach.

Uwaga: Specyfikacje zawarte w tym certyfikacie odzwierciedlają wewnętrzne specyfikacje firmy Abbott. Podczas wykonywania testu w laboratorium obowiązują specyfikacje wymienione w ulotce dołączonej do opakowania.